

「EN 加圧バッグ」ラベル仕様変更のご案内

拝啓 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。

平素は格別なるお引立てを賜り厚く御礼申し上げます。

さて、この度「EN 加圧バッグ」につきまして、個包装ラベルの記載内容変更を行うこととなりましたのでご案内申し上げます。

今後とも弊社製品をご愛顧頂きますようお願い申し上げます。

敬具

変更内容

個包装ラベルから使用期限の記載を削除致します。

変更前

商品コード: 26-269	一般医療機器
商品名: EN加圧バッグ	一般名称: 手動式圧注入調節装置
医療機器届出番号: 27B1X00045000159	ロットNo: 21D
使用期限: 2024年4月	滅菌方法: 未滅菌
	製造販売: ニプロ株式会社
	大阪府北区本庄西3-9-3

※添付文書の内容を確認の上、
使用して下さい。

4987458262692

(01)04987458262692(17)240400(30)1(10)21D

変更後

商品コード: 26-269	一般医療機器
商品名: EN加圧バッグ	一般名称: 手動式圧注入調節装置
医療機器届出番号: 27B1X00045000159	ロットNo: 21I
	滅菌方法: 未滅菌
	製造販売: ニプロ株式会社
	大阪府北区本庄西3-9-3

※添付文書の内容を確認の上、
使用して下さい。

4987458262692

(01)04987458262692(30)1(10)21H

対象品番・変更時期

商品コード	JANコード	品番・規格	変更 Lot
26-269	4987458262692	EN カツパツグ	21I 以降

以上