

## 「ニプロ栄養カテーテル」旧規格品販売終了のご案内

拝啓 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。

平素は格別なるお引立てを賜り厚く御礼申し上げます。

さて、この度、「ニプロ栄養カテーテル」におきまして、旧規格品の販売を在庫がなくなり次第終了といたしますのでご案内申し上げます。

なお、在庫消尽時期につきましては下記リスト、または弊社担当者よりご連絡申し上げますので、引き続きご愛顧の程宜しくお願い申し上げます。

敬具

### 終了理由

旧規格品の在庫消尽のため

### 対象製品

販売名称 : ニプロ栄養カテーテル  
 医療機器認証番号 : 221AABZX00062000  
 医療機器クラス分類 : クラスⅡ(管理医療機器)

### 終了時期及び後継品

#### 販売終了品(旧規格製品)

商品コード	品番	JANコード	在庫消失時期予測
23-005	エイウカテ-テル3.5F35	4987458230059	2022年7月頃
23-006	エイウカテ-テル4.0F40	4987458230066	2022年11月末以降
23-007	エイウカテ-テル5.0F50	4987458230073	2022年11月末以降
23-008	エイウカテ-テル6.0F60	4987458230080	2022年11月末以降
23-009	エイウカテ-テル8.0F80	4987458230097	2022年11月末以降
23-010	エイウカテ-テル10F80	4987458230103	2022年11月末以降
23-011	エイウカテ-テル12F80	4987458230110	2022年11月末以降
23-012	エイウカテ-テル14F80	4987458230127	2022年11月末以降
23-013	エイウカテ-テル16F80	4987458230134	2022年8月頃
23-014	エイウカテ-テル8F120	4987458230141	2022年11月末以降
23-015	エイウカテ-テル10F120	4987458230158	2022年11月末以降
23-016	エイウカテ-テル12F120	4987458230165	2022年9月頃
23-017	エイウカテ-テル14F120	4987458230172	2022年10月頃
23-018	エイウカテ-テル16F120	4987458230189	2022年11月末以降



#### 後継品(新規格製品 ISO 80369-3 対応)

商品コード	品番	JANコード
60-800	EN-3.5F35-IS3	4987458608001
60-801	EN-04F40-IS3	4987458608018
60-802	EN-05F50-IS3	4987458608025
60-803	EN-06F60-IS3	4987458608032
60-804	EN-08F80-IS3	4987458608049
60-805	EN-10F80-IS3	4987458608056
60-806	EN-12F80-IS3	4987458608063
60-807	EN-14F80-IS3	4987458608070
60-808	EN-16F80-IS3	4987458608087
60-809	EN-08F120-IS3	4987458608094
60-810	EN-10F120-IS3	4987458608100
60-811	EN-12F120-IS3	4987458608117
60-812	EN-14F120-IS3	4987458608124
60-813	EN-16F120-IS3	4987458608131