

透析用血液回路セット「シュアフロー®N」 クランプ（大）仕様変更の件

拝啓 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。


平素は格別のお引立てにあずかり、厚く御礼申し上げます。

この度、透析用血液回路セット「シュアフロー®N」に使用しておりますクランプ（大）の仕様を変更いたします。今後とも引き続きご愛顧の程よろしくお願い申し上げます。

敬具

変更内容

下記のとおりチューブを潰す部分を突起状に変更し、部品内部にスロープを追加いたします。

変更内容	変更前	変更後	拡大
チューブを潰す部分が突起状へ			
スロープの追加			

※青色、白色のクランプも対象となります。

変更開始ロット

弊社営業担当よりご案内します。

以上