

平成30年 4月

お客様各位




中空糸型透析器 「ファインネフロン® FA-eco タイプ」 透析液口キャップ仕様変更のご案内

拝啓 時折ますますのご清祥のこととお慶び申し上げます。
平素は格別なるお引き立てを賜り、厚くお礼申し上げます。
さて、この度中空糸型透析器「ファインネフロン® FA-eco タイプ」の透析液口のキャップを下記の通り変更致しますので、ご案内申し上げます。
今後とも引き続きご愛顧を賜りますよう、宜しく御願ひ申し上げます。

敬具

変更点

透析液口のキャップの形状を強度アップのため、下記の通り変更致します。
(透析液口キャップ外周部を肉厚にしました)



注1) 血液口のキャップと透析液口のキャップ形状は異なります。
そのため透析液口キャップを血液口に装着することはできません。

注2) 血液口のキャップは変更ありません。

対象製品

FA-eco タイプ 全品番

変更開始ロット

18D16以降のロットより変更となります。

※詳細な変更時期については弊社担当営業より、ご連絡させていただきます。