

お客様 各位

2019年2月  
ニプロ株式会社

## 「グッドテックガイドワイヤー」 一部製品のラベル記載内容変更について

謹啓 時下 益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。また、平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

この度、弊社より販売しております血管造影用ガイドワイヤー「グッドテックガイドワイヤー」の一部製品におきまして、製品ラベル記載内容の変更をお知らせ致します。

当面従来品と混在することとなり、ご迷惑をお掛けしますがご理解の程、宜しくお願い致します。今後とも、従来に増しますご愛顧を賜りますよう、何卒宜しくお願い申し上げます。

敬具

### 変更内容①

- 旧特定保険医療材料請求区分「**Ⅱ 012 血管造影用ガイドワイヤー (1)一般用**」の製品において、現特定保険医療材料請求区分である「**Ⅱ 197 ガイドワイヤー**」に記載が変更されます（ラベル内記載は略称となります）。

### 対象商品・対象モデル

商品コード	発注用コード	製品 JAN コード
38-410	GWJ-32-150	0831427005022
38-412	GWJ-35-150	0831427005039
38-408	GWD-35-15015	0831427005237
38-409	GWJ-25-150	0831427005015
38-414	GWU-38-150	0831427005275
38-413	GWS-35-150	0831427005008

- 販売名：グッドテックガイドワイヤー 承認番号：20900BZY00009000

### 変更時期

- 2019年3月以降、モデル毎、旧記載内容の在庫が無くなり次第切り替わります。

## 【旧ラベル】

**グッドテックガイドワイヤー** (スプリングタイプ) **GOODMAN**

製品番号: \_\_\_\_\_ 製造番号: 0123456789 外径: \_\_\_\_\_

有効長: \_\_\_\_\_ cm 先端: \_\_\_\_\_ 型: \_\_\_\_\_ 使用期限: YYY Y 年 MM 月

保険医療材料請求分類名  
造影用ガイドワイヤー 一般用

**BAR CODE**

**スプリング タイプ**

先端 \_\_\_\_\_ 型 \_\_\_\_\_

減価年月: YYY Y 年 MM 月  
使用期限: YYY Y 年 MM 月  
承認番号: 20900BZY00009000  
販売名: グッドテックガイドワイヤー  
高度管理医療機器

●ご使用の際は、必ず冊子の添付文書をよくお読みの上、正しくご使用ください。

製造販売元: 株式会社 グッドマン  
URL: <http://www.goodmanik.com>  
〒460-0008 名古屋市中区栄四丁目9番9号 4DX名古屋栄ビル5階 TEL: 052-248-5200

## 【新ラベル】

**グッドテックガイドワイヤー** (スプリングタイプ) **GOODMAN**

製品番号: \_\_\_\_\_ 製造番号: 0123456789 外径: \_\_\_\_\_

有効長: \_\_\_\_\_ cm 先端: \_\_\_\_\_ 型: \_\_\_\_\_ 使用期限: YYY Y 年 MM 月

保険医療材料請求分類名  
ガイドワイヤー

**BAR CODE**

**スプリング タイプ**

先端 \_\_\_\_\_ 型 \_\_\_\_\_

減価年月: YYY Y 年 MM 月  
使用期限: YYY Y 年 MM 月  
承認番号: 20900BZY00009000  
販売名: グッドテックガイドワイヤー  
高度管理医療機器

●ご使用の際は、必ず冊子の添付文書をよくお読みの上、正しくご使用ください。

製品番号: \_\_\_\_\_  
製造番号: 12345678  
外径: \_\_\_\_\_  
有効長: \_\_\_\_\_ cm  
入数: 1 本  
※再使用・再滅菌禁止 [E.O.B.滅菌済]  
一般的名称:  
心臓・中心循環系用カテーテルガイドワイヤー

製造販売元: 株式会社 グッドマン  
URL: <http://www.goodmanik.com>  
〒460-0008 名古屋市中区栄四丁目9番9号 4DX名古屋栄ビル5階 TEL: 052-248-5200

製造元: Lake Region Medical.,Ltd.  
Manufactured in \_\_\_\_\_

### 変更内容②

- 両端使用可能モデルである 2 製品において、ペットネーム「**Type TWO WAY**」が、製品ラベル内に記載されます。

### 対象商品・対象モデル

商品コード	発注用コード	製品 JAN コード
38-408	GWD-35-15015	0831427005237
38-415	GWF-35-22015	0831427005206

- 販売名: グッドテックガイドワイヤー 承認番号: 20900BZY00009000

### 変更時期

- 2019年3月以降、モデル毎、旧記載内容の在庫が無くなり次第切り替わります。

→ GWD-35-15015

<b>グッドテックガイドワイヤー</b> (スプリングタイプ) <b>GOODMAN</b>		
製品番号: _____	製造番号: <b>0123456789</b>	外 径: _____
有効長: _____ cm	先 端: _____ 型	使用期限: YYY Y 年 MM 月
保険医療材料請求分類名 ガイドワイヤー		<b>BAR CODE</b>
<b>スプリング タイプ</b>		<b>【Type TWO WAY】</b>
先端: _____	型: _____	製品番号: _____
		製造番号: <b>12345678</b>
		外 径: _____
		有効長: _____ cm
		入 数: <b>1</b> 本
		※再使用・再滅菌禁止 <b>E.O.G.滅菌済</b>
		一般的名称: 心臓・中心循環系用カテーテルガイドワイヤ
減価年月: YYY Y 年 MM 月		
使用期限: YYY Y 年 MM 月		
承認番号: 20900BZY00009000		
販売名: グッドテックガイドワイヤー		
<b>高度管理医療機器</b>		
●ご使用の際は、必ず同封の添付文書をよくお読みの上、正しくご使用ください。		
製造販売元: <b>株式会社 グッドマン</b> URL: <a href="http://www.goodmanrk.com">http://www.goodmanrk.com</a>		製造元: <b>Lake Region Medical, Ltd.</b>
〒460-0026 名古屋市中区栄四丁目3番2号 和歌名古屋ビル5階 TEL. 052-248-5200		Manufactured in _____

→ GWF-35-22015

<b>グッドテックガイドワイヤー</b> (スプリングタイプ) <b>GOODMAN</b>		
製品番号: _____	製造番号: <b>0123456789</b>	外 径: _____
有効長: _____ cm	先 端: _____ 型	使用期限: YYY Y 年 MM 月
保険医療材料請求分類名 造影用ガイドワイヤー 交換用		<b>BAR CODE</b>
<b>スプリング タイプ</b>		<b>【Type TWO WAY】</b>
先端: _____	型: _____	製品番号: _____
		製造番号: <b>12345678</b>
		外 径: _____
		有効長: _____ cm
		入 数: <b>1</b> 本
		※再使用・再滅菌禁止 <b>E.O.G.滅菌済</b>
		一般的名称: 心臓・中心循環系用カテーテルガイドワイヤ
減価年月: YYY Y 年 MM 月		
使用期限: YYY Y 年 MM 月		
承認番号: 20900BZY00009000		
販売名: グッドテックガイドワイヤー		
<b>高度管理医療機器</b>		
●ご使用の際は、必ず同封の添付文書をよくお読みの上、正しくご使用ください。		
製造販売元: <b>株式会社 グッドマン</b> URL: <a href="http://www.goodmanrk.com">http://www.goodmanrk.com</a>		製造元: <b>Lake Region Medical, Ltd.</b>
〒460-0026 名古屋市中区栄四丁目3番2号 和歌名古屋ビル5階 TEL. 052-248-5200		Manufactured in _____