

令和元年 12 月

お客様各位



透析用血液回路セット 「シュアフロー[®]N」ガンマ線滅菌品 部品材料変更のご案内


拝啓 時下益々ご隆盛のことと心よりお慶び申し上げます。
弊社製品につきまして、平素より格別のお引き立てを賜り厚く御礼申し上げます。
さて、このたび標題の製品のメスコネクタの部品材料を変更させて頂くことになりましたので、
ご案内申し上げます。

変更時につきましては弊社営業担当者よりご案内申し上げます。
今後とも引き続き、ご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

敬具

変更点

メスコネクタの着色低減のため、下記の通り変更致します。



変更時期

ロット番号 19J10（令和元年 10 月製造分）より、変更しております。

対象品番

下記ご参照ください。

裏面に続きます

【対象製品】

商品コード	商品名
73-628	NS-3010-12A
73-640	NS-3041-12
73-643	NS-3041-1A
73-647	NS-3041-6B
73-648	NS-3040-3
73-650	NS-3040-5
73-651	NS-3040-6
73-652	NS-3040-7
73-654	NS-3040-9
73-656	NS-3040-11
73-657	NS-3040-12
73-658	NS-3010-10C
73-659	NS-3040-8A
73-660	NS-3040-13 CONE GAMMA
73-661	NS-3040-14
73-662	NS-3040-15
73-663	NS-3040-4A
73-664	NS-3040-16
73-910	NS-3000-NCV-FY
73-911	NS-3000-NCV-T1
73-915	NS-3020-6

以上