

**「ニプロ CP チャンバーセット」  
 一部品番 販売名称および規格変更のご案内(第一報)**

謹啓 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。さて、この度、「ニプロ CP チャンバーセット」の一部品番の販売名称および規格変更を致します。それに伴い包材も変更になりますので、ご案内申し上げます。引き続きご愛顧の程宜しく願い申し上げます。

謹白

**変更内容**

■変更内容①


販売名称・医療機器認証番号・一般的名称の変更

| 対象品番     |                  | 後継品番     |                    |
|----------|------------------|----------|--------------------|
| 販売名称     | ニプロ CP チャンバーセット  | 販売名称     | ニプロフィルターセット        |
| クラス分類    | クラス II (管理医療機器)  | クラス分類    | クラス II (管理医療機器)    |
| 医療機器認証番号 | 15600BZZ00457000 | 医療機器認証番号 | 222AABZX00173000   |
| 一般的名称    | 輸液ポンプ用輸液セット      | 一般的名称    | 自然落下式・ポンプ接続兼用輸液セット |


■変更内容②

包材の変更

現行包材(ニプロ CP チャンバーセット)



新包材(ニプロフィルターセット)



※製品仕様は変更ございません。

・変更理由: ISO 規格改定のため。

対象品番・後継品番

ニプロ CP チャンバーセット

ニプロフィルターセット(キャリカポンプ専用)

| 商品コード  | 品番                       | JAN コード       | 在庫消失時期        |   | 商品コード  | 品番              | JAN コード       |
|--------|--------------------------|---------------|---------------|---|--------|-----------------|---------------|
| 55-812 | CPチャンバ - CPC-301FCZ      | 4987458558122 | 2023 年 10 月下旬 | → | 53-962 | CPF-301FCZ      | 4987458539626 |
| 55-817 | CPチャンバ - CPC-302FCZ      | 4987458558177 | 2024 年 1 月以降  | → | 53-967 | CPF-302FCZ      | 4987458539671 |
| 55-818 | CPチャンバ - CPC-301FCZYC    | 4987458558184 | 2023 年 12 月中旬 | → | 53-968 | CPF-301FCZYC    | 4987458539688 |
| 55-821 | CPチャンバ - CPC-301FCZYI    | 4987458558214 | 2023 年 10 月中旬 | → | 53-963 | CPF-301FCZYI    | 4987458539633 |
| 55-822 | CPチャンバ - CPC-301FCZYI-IS | 4987458558221 | 2023 年 10 月上旬 | → | 53-964 | CPF-301FCZYI-IS | 4987458539640 |
| 55-823 | CPチャンバ - CPC-301FCZYI2   | 4987458558238 | 2023 年 11 月中旬 | → | 53-965 | CPF-301FCZYI2   | 4987458539657 |
| 55-825 | CPチャンバ - CPC-302FCZYI    | 4987458558252 | 2024 年 1 月以降  | → | 53-969 | CPF-302FCZYI    | 4987458539695 |

以上