

2021年7月

お客様各位




## 透析用血液回路セット「シュアフロー<sup>®</sup>N」 ニードルレスアクセスポート仕様変更のご案内

拝啓 時下益々ご隆盛のことと心よりお慶び申し上げます。  
弊社製品につきまして、平素より格別のお引き立てを賜り厚く御礼申し上げます。  
さて、このたび標題製品のニードルレスアクセスポートのキャップの原材料を変更させていただくことになりましたので、ご案内申し上げます。  
今後とも引き続き、ご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

敬具

### 変更点

安定供給のため、ニードルレスアクセスポートのキャップの原材料を変更いたします。  
※材質はポリプロピレンから変更はありません。その他、寸法・形状等も変更はありません。  
※今回の変更に伴い現行品に比べて、色調が若干淡くなります。



### 変更時期

変更開始ロット：21G10

以上