

2022 年 4 月

お客様各位



「ニプロ精密限外濾過フィルター CF-609N」 外箱のバーコードラベル印字内容変更のご案内

拝啓 時下ますますのご清祥のこととお慶び申し上げます。
平素は格別なるお引き立てを賜り、厚く御礼申し上げます。
「ニプロ精密限外濾過フィルター CF-609N」におきまして 12 箱入りの外箱に貼付させていただいておりますラベルの印字内容を下記のように変更しますので、ご案内申し上げます。
今後とも引き続きご愛顧を賜りますよう、宜しくお願い申し上げます。

敬具

記

変更点

CF-609N 1 本入りの白い小箱の製品を 12 箱入れて流通させていただいております外箱のラベルの表記を以下のように「12 本入」から「12 箱入」に変更します。
またこちらの外箱に印字している番号（カートン番号と言います。同一ロット内の製造順を表す数字 4 桁の通し番号です。）を下記ラベル内に「C/No. 0001」のように印字します。

変更前	変更後
ニプロ精密限外濾過フィルター 商品コード 63-003 CF-609N 製造番号 : 20H01 滅菌年月日 : 20.08.01 使用期限 : 2023.07 12 本入 0147 外箱の側面	ニプロ精密限外濾過フィルター 商品コード 63-003 CF-609N 製造番号 : 21J01 滅菌年月日 : 21.10.01 使用期限 : 2024.09 12 箱入 C/No. 0001

変更ロット

変更ロットは「22C21」です。出荷開始時期は別途担当営業よりご連絡致します。

以上