

お客様 各位

「ニプロエクステンションチューブ」 「ニプロ延長チューブ」

一部品番 品薄による代替製品のご案内

謹啓 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。

平素は格別なるお引立てを賜り厚く御礼申し上げます。

さて、この度「ニプロエクステンションチューブ」 「ニプロ延長チューブ」の一部品番につきまして、新型コロナウイルスの影響により製造遅延が発生しましたが、順次生産を再開しております。

お客様におかれましては多大なご迷惑をおかけ致しますこと、心よりお詫び申し上げますとともに、該当品番の供給開始までの代替製品についてご案内申し上げます。

何卒よろしくお願い申し上げます。

敬白

記

1. 該当品番

商品 CD	商品名	JANCD
66-464	EX チューブ EX5-75FR3	4987458664649
66-515	EX チューブ EX5-45FH(RED)	4987458665158
66-863	EX5-30FH(2 ㊦ REDLABEL)	4987458668630
66-896	EX チューブ EX5-45FRC	4987458668968
66-943	EX チューブ EX5-15FH	4987458669439
66-946	EX チューブ EX5-60FH	4987458669460
66-962	EX チューブ EX5-15FH(2 ㊦ W)	4987458669620
66-965	エクステンションチューブ EX5-60FC U	4987458669651

- ・販売名 : ニプロ延長チューブ
- ・医療機器認証番号 : 224AABZX00165000
- ・一般的名称 : 血液回路補助用延長チューブ
- ・クラス分類 : クラス II (管理医療機器)

商品 CD	商品名	JANCD
66-870	EX チューブ EX5-45AT	4987458668708
66-858	EX チューブ EX5-15AC1 ㊦	4987458668586
66-857	EX チューブ EX5-60AC	4987458668579
66-871	EX チューブ EX5-60AT	4987458668715

- ・販売名 : ニプロエクステンションチューブ
- ・医療機器認証番号 : 16200BZZ01649000
- ・一般的名称 : 輸血・カテーテル用延長チューブ
- ・クラス分類 : クラス II (管理医療機器)

2. 代替品番

商品コード	品番	JANコード
70-398	NS-1011-150 RED	4987458703980
70-399	NS-1011-150 BLUE	4987458703997
70-400	NS-1011-450 RED	4987458704000
70-401	NS-1011-450 BLUE	4987458704017

商品コード	品番	JANコード
93-300	VS-1011-150 RED	4987458933004
93-301	VS-1011-150 BLUE	4987458933011
93-302	VS-1011-450 RED	4987458933028
93-303	VS-1011-450 BLUE	4987458933035

- ・販売名 : シュアフローN
- ・医療機器認証番号 : 220AABZX00073000
- ・一般的名称 : 透析用血液回路セット
- ・クラス分類 : クラスII (管理医療機器)

3. チューブ材質について

EX5 シリーズの代替品として、緊急対応としてシュアフローNで生産しております。
チューブ材質はポリ塩化ビニル、可塑剤はフタル酸ジ-2-エチルヘキシル(DEHP)を使用しています。

4. 今後の予定について

上海のロックダウンが解除され、製造元である尼普洛(上海)有限公司(上海工場)も順次生産を再開しておりますが、現在の見込みは9月頃の出荷まで代替品の出荷を継続する予定です。

以上