

2023 年 1 月

お客様 各位



ニプロ株式会社

「Finestream S Plus」一部品番の欠品について

拝啓 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。また、平素は弊社製品に格別なるご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

この度、弊社 PTA バルーンカテーテル「Finestream S Plus」の一部品番において、欠品が発生いたしましたのでご案内いたします。当該品番の急激な需要増等に伴うものであり、現時点で他品番の欠品見込みはありません。

お客様には大変ご迷惑をお掛け致しますが、代替品番をご案内致しますので、引き続きご愛顧のほどお願い申し上げます。

敬白

該当品、代替品

欠品該当品

商品コード	製品名	バルーン		カテーテル 有効長	適合最小 シース	適合最大 GW	RBP	医療機器承認番号
		外径	有効長					
48687	FINESTREAM SPLUS 5040-40	5.0 mm	40 mm	40 cm	5 F	0.035 inch	22 atm	30300BZX00189000

代替品

商品コード	製品名	バルーン		カテーテル 有効長	適合最小 シース	適合最大 GW	RBP	医療機器承認番号
		外径	有効長					
64014	ファイネストリーム P005	5.0 mm	40 mm	40 cm	5 F	0.035 inch	18 atm	21400BZZ00245000
48694	FINESTREAM SPLUS 5040-80	5.0 mm	40 mm	80 cm	5 F	0.035 inch	22 atm	30300BZX00189000
64-067	FINESTREAM S 4050-80	5.0 mm	40 mm	80 cm	5 F	0.035 inch	16 atm	22500BZX00519000

欠品時期

供給再開につきましては、弊社営業担当よりご案内いたします。

以上