

使用法説明書改訂のご案内

ブデホル[®]吸入粉末剤30吸入 / 60吸入「ニプロ」



謹啓 時下、益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。
平素は格別のご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。
さて、このたび標題製品の使用法説明書を改訂いたしますので、ご案内申し上げます。
変更についてのご理解と、より一層のご愛顧を賜りますよう、宜しく願い申し上げます。

謹白

記

1. 変更内容

個装箱に同封しております、使用法説明書を以下のとおり改訂します。

変更前	
操作方法	
<p>未使用の吸入器を使用するときだけ、以下の操作を行ってください。</p> <p>オレンジの回転グリップを「カチッ」と4回音が鳴るまで左右に回します。 (左に回したときに「カチッ」と音が鳴ります。)</p> <p>※4回目に左に回して「カチッ」と音が鳴れば準備完了です。</p> <p>※オレンジの回転グリップを回転させる操作は、片方の手でうすいオレンジの本体をまっすぐ立てるように持ち、もう片方の手で回転グリップを回してください。 (その後①に進んでください)</p>  <p style="text-align: center;">「カチッ」と4回音が鳴るまで左右に回します</p>	
<p>(左に回したときに「カチッ」と音が鳴ります。)</p> <p>※4回目に左に回して「カチッ」と音が鳴れば準備完了です。</p>	
変更後	
操作方法	
<p>未使用の吸入器を使用するときだけ、以下の操作を行ってください。</p> <p>オレンジの回転グリップを「カチッ」と4回音が鳴るまで左右に回します。</p> <p>※開封時、回転グリップは右に回転した状態です。 はじめは左に回り、「カチッ」と音がします(1回目)。 4回目に「カチッ」と鳴らしたところで止めてください。</p> <p>※オレンジの回転グリップを回転させる操作は、片方の手でうすいオレンジの本体をまっすぐ立てるように持ち、もう片方の手で回転グリップを回してください。 (その後①に進んでください)</p>  <p style="text-align: center;">「カチッ」と4回音が鳴るまで左右に回します</p>	
<p>※開封時、回転グリップは右に回転した状態です。 はじめは左に回り、「カチッ」と音がします(1回目)。 4回目に「カチッ」と鳴らしたところで止めてください。</p>	
<p>※使用法説明書裏面に記載しております、「未使用の吸入器の操作方法」の説明におきまして、吸入器の開封時の状態を明確にし、より正確にご使用頂けるよう青枠部の記載内容を変更します。 ※操作方法、吸入器形状に変更はありません。</p>	

2. 変更ロットと出荷予定時期

製品名	包装	商品コード	統一商品コード	変更ロット(使用期限)	出荷予定時期
ブデホル吸入粉末剤30吸入「ニプロ」	1本	07960	190-07960-2	未定	未定
ブデホル吸入粉末剤60吸入「ニプロ」	1本	07970	190-07970-1	22L241(2024/6)	2023年5月

※出荷時期につきましては、若干の差異があると存じますが、何分のご容赦賜りますようお願い申し上げます。

※変更ロットが未定のものにつきましては、判明次第、弊社ホームページ『医療関係者の皆様へ/医薬品情報サイト』

(<https://med.nipro.co.jp/pharmaceuticals>) の「包装変更に関するお知らせ」にてご案内致します。

以上