

2023 年 3 月



透析用血液回路セット「シュアフロー®N」 仕様変更の件

拝啓 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。

平素は格別のお引立てにあずかり、厚く御礼申し上げます。

この度、透析用血液回路セット「シュアフロー®N」の仕様を変更いたします。

今後とも引き続きご愛顧の程よろしくお願い申し上げます。

敬具

変更理由

安定供給を目的とした生産性向上のため。

変更内容

下記のとおり、クランプ（大）、ミニクランプ及びローラークランプの数を 2 個から 1 個へ変更いたします。

例	変更前	変更後
シャント部 メインチューブ 薬液注入ライン など		
チャンバ上の ライン		
生食ライン		

変更開始ロット

23C24 ロット（3 月製造分以降）