

医療関係者 各位

弊社大館工場火災発生に伴う製品供給に関するお知らせ

謹啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は弊社並びに弊社製品に格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

弊社よりプレスリリースにてご案内した通り、2023年3月17日(金)に弊社大館工場で発生した火災に伴い、各お客様から想定を大きく上回るご注文が予想されることから、現在お客様への出荷数量の調整をお願いしております。

この度、その後の製品出荷状況を考慮し、『トリアセテートホローファイバーダイアライザー FB-ecoタイプ』の出荷調整を終了いたしますのでご案内申し上げます。

なお、下記の表のとおり、中空糸型透析器『PES-ecoタイプ』、ならびに血液透析濾過器『MFX-ecoタイプ、FIX-ecoタイプ』につきましては出荷調整を継続いたします。

本件につきましては、多大なご迷惑とご不便をお掛けいたしますこと、心より深くお詫び申し上げます。安定供給維持に向けて引き続き最善の努力をいたしてまいりますので、事情をご賢察の上、ご理解、ご協力賜りますようお願い申し上げます。

謹白

記

○出荷調整実施期間、対象製品、および対象膜面積

実施期間	2023年4月20日(木)～2023年7月31日(月)出荷まで
対象製品	1. 中空糸型透析器 1) PES-ecoタイプ (ポリネフロン®、ニプロポリエーテルスルホンダイアライザー、ニプロ中空糸型透析器 PES) 2. 血液透析濾過器 1) MFX-ecoタイプ (マキシフラックス®) 2) FIX-ecoタイプ (ファインフラックス)
対象膜面積	0.9 m ² 、1.1 m ² 、および1.3 m ²

以上