

お客様各位



「セーフレット®カニューラGA」 仕様変更のお知らせ


拝啓 皆様におかれましては益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。
日頃よりご愛顧賜り、誠に有り難うございます。
さて、この度弊社では「セーフレット®カニューラGA」(医療機器承認番号:21200BZZ005030000)の仕様を
下記の通り変更致しますので、ご案内申し上げます。
今後とも引き続きご愛顧を賜りますよう、宜しく御願い申し上げます。

敬具

変更点

針先の視認性を向上させる為、内針針基部に刃面マークを付与(着色)致します。

比較写真



対象製品

商品コード 69-302～69-401、69-722～69-768 となります。
詳細は別途営業担当者よりご案内致します。

変更開始ロット

16J15U 以降

以上