

平成29年 3月

お客様 各位



「自動輸液ポンプFP-970EX」仕様変更のご案内

拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。また、弊社製品をご愛顧いただき、誠にありがとうございます。

さて、この度、「自動輸液ポンプFP-970EX」の、仕様を変更することとなりましたので下記にてご案内致します。

今後とも弊社製品をご愛顧下さいますようよろしくお願い申し上げます。

敬 具

変更内容

1. 表記を「注入量」から「流量」に変更します

【変更前】



【変更後】



対象製品

商品コード	商品名 品番	入り数	JANコード
56-662	輸液ポンプ FP-970EX	1 台	4987458566622

変更開始製造番号・変更時期

変更開始製造番号 : 6173132～

変更時期 : 平成29年4月頃

以上