

お客様各位



「ブラッドアクセス UK-カテーテルキット」 ラベル仕様変更のお知らせ

拝啓 皆様におかれましては益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。

日頃よりご愛顧賜り、誠に有り難うございます。

さて、この度弊社では「ブラッドアクセス UK-カテーテルキット」(医療機器承認番号 16100BZZ01735000)のラベル仕様を下記の通り変更致しますので、ご案内申し上げます。


今後とも引き続きご愛顧を賜りますよう、宜しく御願ひ申し上げます。

敬具

変更点

スタイレット変更に伴い、包装ラベルを以下の通り、アイコン表示(下記赤丸部分)を行います。

【アルミ包材変更例】



【外箱包材変更例】



変更理由

- ・スタイレットの変更に伴い、ラベルにスタイレットの色であるオレンジ+ブルーの目印を追加し、視認性を向上致します。

変更予定時期

2017年3月以降生産品より順次変更予定。
別途弊社営業担当よりご案内させていただきます。

以上