

お客様 各位

## 「ニプロフィルターセット」(Y 字管タイプ) 承認番号、包材変更のご案内

拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。また、弊社製品をご愛顧いただき、誠にありがとうございます。

さて、この度、「ニプロフィルターセット」(Y 字管タイプ)の仕様を変更することとなりましたので下記にてご案内致します。

今後とも弊社製品をご愛顧下さいますようよろしくお願い申し上げます。

敬 具

### 変更内容

- 医療機器承認から医療機器認証への変更を行います。  
※販売名、一般的名称、クラス分類に変更はありません。
- 個包装、内箱、外箱の表示が変更になります。  
※包装表示をシンプルにしました。 ※包材のサイズに変更はありません。
- 製品自体の仕様に変更はありません。

### 対象製品及び変更時期

JAN コード	商品コード	品番	初回ロット	切り替わり時期
4987458291272	29-127	FG-20BY 510	17L 以降	平成 30 年 5 月
4987458291524	29-152	FM-45A	17L 以降	平成 30 年 1 月下旬
4987458291999	29-199	FG-20AY NI	17L 以降	平成 30 年 8 月
4987458292002	29-200	FG-20ZY(2)P	17L 以降	平成 30 年 3 月
4987458292033	29-203	FG-20BY P	17L08	平成 30 年 3 月
4987458292361	29-236	FG-20ZY ST-B	17L 以降	平成 30 年 3 月
4987458292415	29-241	FG-20AY-B	17L 以降	平成 30 年 4 月
4987458292422	29-242	FG-20BY-B	17L 以降	平成 30 年 3 月
4987458292439	29-243	FG-20AT-B	17L 以降	平成 30 年 2 月
4987458293016	29-301	FG-20BT	17L 以降	平成 30 年 12 月以降
4987458295447	29-544	FG-20ZF-517	17L 以降	平成 30 年 12 月以降
4987458298066	29-806	FG-20BY 305	17L 以降	平成 30 年 6 月
4987458299025	29-902	FG-20Z-419-B	17L 以降	平成 30 年 12 月以降
4987458531002	53-100	FI-02AYEL	17L 以降	平成 30 年 3 月
4987458533105	53-310	FI-02BYEL	17L 以降	平成 30 年 3 月
4987458533266	53-326	FI-02ZYEL	17L 以降	平成 30 年 5 月

	変更前	変更後
承認番号 及び 認証番号	医療機器承認番号: 15800BZZ01473000	医療機器認証番号: 222AABZX00173000
個包装		<p>チューブ材質の表示マークをラベルに記載し、シンプルにしました。</p> 
内箱		<p>チューブ材質の表示マークをラベルに記載し、シンプルにしました。</p> 
外箱		<p>デザインに変更はありません。</p> 