

お客様各位

グルコース分析装置「ニプロスタットストリップXP2」ご使用のお客様へ

拝啓 時下ますますご清祥のこととお喜び申し上げます。平素は格別なるお引き立てを賜り厚く御礼を申し上げます。

この度、製造販売元ノバ・バイオメディカル株式会社より製品統一のため「ニプロスタットストリップXP2」販売終了の案内が届きましたのでご案内申し上げます。後継機種と致しまして「ニプロスタットストリップXP3」をご案内申し上げます。ご愛用いただいております皆様には大変ご迷惑をおかけいたしますが、引き続きご愛顧賜りますよう、宜しくお願い申し上げます。

敬具

対象機種



記

後継機種



商品名	ニプロスタットストリップXP2
一般的名称	グルコース分析装置
届出番号	13B1X10094002016
医療機器分類	一般医療機器（クラス I）
	特定保守管理医療機器
商品コード	95-070
JANコード	4987458950704



商品名	ニプロスタットストリップXP3
一般的名称	乾式臨床化学分析装置
届出番号	13B1X10094005012
医療機器分類	一般医療機器（クラス I）
	特定保守管理医療機器
商品コード	11-110
JANコード	4987458111105

* グルコース測定の正確度と精度に違いはございません。

* グルコースの測定時には従来通り、ニプロスタットストリップGLU専用チップ(100枚入、50枚入)、ニプロスタットストリップ専用チップ(GLU)個包装をご使用いただけます。

* ニプロスタットストリップXP3よりニプロスタットストリップKET専用チップを使用して、血中の3-ヒドロキシ酪酸が測定でき、液晶カラー画面で明視性が向上されました。

以上

* ご用命は、弊社営業担当までお問い合わせください。