2019 年　2 月

お客様各位

ニプロ株式会社

「セーフタッチ®カニューラGA」
仕様変更のお知らせ

拝啓　皆様におかれましては、益々ご清栄のこととお慶び申しあげます。
日頃よりご愛顧賜り、誠に有り難うございます。
さて、弊社の「セーフタッチ®カニューラ GA」（医療機器認証番号 218AABZX00037000)の製品仕様を下記のように変更いたしますのでご案内申し上げます。
詳細につきましては弊社営業担当者よりご案内させて頂きます。
今後ともお引き立て賜ります様よろしくお願い申し上げます

敬具

変更内容

●**変更点**　：外針ルアーキャップのネジ形状を下記模式断面図の通り変更いたします。
ルアーテーパエンドの径を赤線のように広げます。
●**変更理由**：本変更により経時変化等によるネジの緩みを抑えます。

外針ルアーキャップ模式断面図



変更品番

「セーフタッチ®カニューラ GA」全品番

変更ロット

ロット：19A30U より

以上