

容器変更のご案内

5%糖液キットH (50mL/100mL)

謹啓 時下、益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。
 平素は弊社製品につきまして、格別のご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。
 さて、標題製品の容器変更につきまして既にご案内させていただいておりますが、このたび二重下線部の変更ロットが判明しましたので、ご案内申し上げます。
 変更についてのご理解と、より一層のご愛顧を賜りますよう、宜しく願い申し上げます。 謹白

記

1. 変更内容

- 既にご案内しております前回の変更におきまして、主に下記3点の改善を実施いたしました。
- バイアルに追従する仕様となりました。(バイアル離脱時に両頭針が初期位置に戻るため横置き時に液漏れしません)
 - 両頭針の外壁が高くなりました。(中心外刺通および斜め刺しのリスクが低減されました)
 - ボトルの透明性が高くなりました。(溶解確認が一層容易となりました)

このたび、排液性を更に向上させるため、容器の厚みを変更します。
 (容器側面の厚みが若干薄くなりますが、外観上の差異はほとんどございません)

製 品

厚みを変更した箇所

変更前側面 変更後側面

※容器側面の厚みが若干薄くなります。
 ※厚みが若干薄くなったことにより、容器にわずかなシワやたるみが発生する製品もございますが、品質および操作性に問題はありません。
 ※サイズ、色調に変更はありません。

2. 変更ロットと出荷予定時期

製品名	包装	商品コード	統一商品コード	変更ロット(使用期限)	出荷予定時期
5%糖液キット H (100mL)	100mL × 10 本	10331	190-10331-4	18S04(2021/11)	出荷済み
5%糖液キット H (50mL)	50mL × 10 本	10302	190-10302-4	<u>19F01(2022/1)</u>	2019年5月上旬

※出荷時期につきましては、若干の差異があると存じますが、何分のご容赦賜りますようお願い申し上げます。

以上