

## 個装箱仕様変更のご案内

- ヘパリンNa透析用250単位/mLシリンジ12mL 「ニプロ」
- ヘパリンNa透析用250単位/mLシリンジ16mL 「ニプロ」
- ヘパリンNa透析用250単位/mLシリンジ20mL 「ニプロ」
- ヘパリンNa透析用500単位/mLシリンジ10mL 「NP」
- ヘパリンNa透析用500単位/mLシリンジ20mL 「NP」

謹啓 時下、益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。  
 平素は弊社製品につきまして、格別のご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。  
 さて、このたびは標題製品の包装仕様を一部変更させて頂くことになりましたので、ご案内申し上げます。  
 変更についてのご理解と、より一層のご愛顧を賜りますよう、宜しくお願い申し上げます。

謹白

### 記

#### 1. 変更内容

個装箱（フラップ部）の仕様、デザインを一部変更します。

変更前	変更後
 <p>変更例：ヘパリンNa 透析用 250 単位/mL シリンジ 20mL 「ニプロ」</p>	 <p>個装箱：フラップ部分が1cm程度短くなります。</p>
 <p>個装箱の解体方法                  ① フラップを内側に折り曲げる                  ② ●の部分を持って、外側に引きはがす</p>	 <p>個装箱：フラップ部（片側）のデザインを変更します。</p>
 <p>商品コード 12-490                  含量 5000ヘパリン単位                  包装 20mL×50シリンジ                  貯法 室温・避光保存                  規制区分 (生物) (要処方)                  製造番号 18E03                  使用期限 2020.12</p>	 <p>商品コード 12-490                  含量 5000ヘパリン単位                  包装 20mL×50シリンジ                  貯法 室温・避光保存                  規制区分 (生物) (要処方)                  製造番号                  使用期限</p> <p>個装箱：開封済みか確認できるようになります。</p>

## 2. 変更ロットと出荷予定時期

製品名	包装	商品コード	統一商品コード	形状変更	デザイン変更	変更ロット(使用期限)	変更予定時期
ヘパリン Na 透析用 250 単位/mL シリンジ 12mL「ニプロ」	12mL × 50 シリンジ	12-480	458-12480-8	○	○	19H02 (2022/3)	2019 年 5 月下旬
ヘパリン Na 透析用 250 単位/mL シリンジ 16mL「ニプロ」	16mL × 50 シリンジ	12-485	458-12485-3	○	○	未定	2019 年 6 月下旬
ヘパリン Na 透析用 250 単位/mL シリンジ 20mL「ニプロ」	20mL × 50 シリンジ	12-490	458-12490-7	○	○	19H09 (2022/3)	2019 年 6 月上旬
ヘパリン Na 透析用 500 単位/mL シリンジ 10mL「NP」	10mL × 50 シリンジ	12-540	458-12540-9	—	○	19H05 (2022/3)	2019 年 6 月上旬
ヘパリン Na 透析用 500 単位/mL シリンジ 20mL「NP」	20mL × 50 シリンジ	12-545	458-12545-4	○	○	未定	2019 年 6 月中旬

※出荷時期につきましては、若干の差異があると存じますが、何分のご容赦賜りますようお願い申し上げます。

※ヘパリン Na 透析用 500 単位/mL シリンジ 10mL「NP」の変更はデザインのみとなります。

※変更ロットが未定のものにつきましては、判明次第、弊社ホームページ『医療関係者の皆様へ／医薬品情報サイト』( <http://med.nipro.co.jp/pharmaceuticals> )の「包装変更に関するお知らせ」にてご案内致します。

以上