

令和元年 10 月

お客様各位



血液透析濾過器 「ファインフラックス®fineflux FIX®-U eco シリーズ」 品番追加のご案内

拝啓 時折ますますのご清祥のこととお慶び申し上げます。
平素は格別なるお引き立てを賜り、厚くお礼申し上げます。
さて、この度、血液透析濾過器「ファインフラックス®fineflux FIX®-U ecoシリーズ」に
1.5、2.5m²の膜面積を追加致しますのでご案内申し上げます。
引き続きご愛顧の程お願い申し上げます。

敬具

記

追加品番

品名		FIX®-150U eco	FIX®-250U eco
商品コード		65-834	65-844
JAN コード		4987458658341	4987458658440
膜面積(m ²)		1.5	2.5
有効長(mm)		227	280
血液容量(mL)		90	145
クリアランス (mL/min)	尿素	247	250
	クレアチニン	241	249
	リン	236	247
	VB ₁₂	205	238
中空糸	材質	トリアセテート	
	内径	200 μm	
	膜圧	25 μm	
滅菌方法		ガンマ線滅菌	

■性能測定条件

JIS T 3250による

クリアランス測定条件：QB=250mL/min、QD=500mL/min、QF=30mL/(min・m²) 試験液は水溶液

販売開始時期

令和元年 10 月 23 日(水)

以上