


## 「ニプロ輸液セット、ニプロ輸液ポンプ用セット(定量筒付き精密輸液セット)」 仕様変更のご案内

拝啓 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。さて、この度、「ニプロ輸液セット、ニプロ輸液ポンプ用セット(定量筒付き精密輸液セット)」のハンガー用チューブの仕様を変更致しますのでご案内申し上げます。引き続きご愛顧の程宜しくお願い申し上げます。 敬具

### 変更内容

- ハンガー用チューブを、ベルトに変更します。

変更前



変更後



ハンガー用チューブから  
ベルトに変更になります。

### 対象品番及び変更ロット

| 製品名          | JANコード        | 商品コード  | 品番                  | 初回ロット   | 変更時期    |
|--------------|---------------|--------|---------------------|---------|---------|
| ニプロ輸液セット     | 4987458038846 | 03-884 | MIS-201E 00 D150 DF | 20A16K3 | 2020年2月 |
| ニプロ輸液ポンプ用セット | 4987458038693 | 03-869 | MIS-TNG-202 NHP     | 19L25L2 | 2020年4月 |
|              | 4987458039560 | 03-956 | MIS-FPC-202NHP-B    | 19L19L3 | 2020年1月 |

以上