

医療関係者 各位

2023年7月11日



販売提携 ニプロ株式会社

## 「イントロカン セーフティ」自主回収に関するお知らせ

謹啓 ますます御健勝のこととお喜び申し上げます。  
平素は格別のお引き立てを賜り、厚く御礼申し上げます。

この度、ビー・ブラウンエースクラップ株式会社が製造販売し、弊社が販売提携している「イントロカン セーフティ」の一部品番・ロット番号におきまして、保護クリップがない製品が混在していることが判明したためビー・ブラウンエースクラップ株式会社より自主回収実施の依頼がございました。

つきましては、別添にお示しする文書の内容をご確認の上、回収対象製品がございましたらご使用を中止して頂きますようお願い申し上げます。先生方並びに医療機関の関係者の方々におかれましては、多大なご心配・ご迷惑をおかけいたしますことを深くお詫び申し上げますとともに、本自主回収にご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。

なお、本件に関するお問い合わせ先につきましては、別添に記載しておりますのでご参照ください。

謹白

記

一般的名称 :プラスチックカニューレ型滅菌済み穿刺針  
販売名 :イントロカン セーフティ  
認証番号 :223AABZX00030000

### <回収対象製品>

商品コード	JANコード	品番	対象ロット	滅菌年月	出荷数量
09-144	4987458091445	イントロカンセーフティW24G19MM(N)	22H08G8922	2022年8月	26,600本
			22H08G8923	2022年8月	11,250本

以上