

2023 年 8 月



透析用血液回路セット「シュアフロー[®]N」 仕様変更の件

謹啓 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。
平素は格別のお引立てにあずかり、厚く御礼申し上げます。
この度、透析用血液回路セット「シュアフロー[®]N」の仕様を変更いたします。
今後とも引き続きご愛顧の程よろしくお願い申し上げます。

謹白

変更理由

安定供給を目的とした生産性向上のため。

変更内容

下記のとおり、クランプ（大）、ミニクランプ及びローラークランプの数を 2 個から 1 個へ変更いたします。

例	変更前	変更後
シャント部 メインチューブ 薬液注入ライン など		
チャンバ上の ライン		
生食ライン		

変更開始ロット

23H02 ロット（8 月製造分以降）