

2023年8月



ニプロ株式会社

## 透析用血液回路セット「シュアフロー<sup>®</sup>N」 ニードルアクセスポート廃止の件

謹啓 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。平素は格別のお引立てにあずかり、厚く御礼申し上げます。

この度、透析用血液回路セット「シュアフロー<sup>®</sup>N」に使用しておりますニードルアクセスポートを針刺し事故防止の観点から廃止いたします。

今後とも引き続きご愛顧の程よろしくお願い申し上げます。

謹白

### 変更内容

針を必要とするニードルアクセスポートを廃止いたします。

変更前	変更後
ニードルアクセスポート	削除
 	左記、ニードルアクセスポートを削除いたします。

全ての色が対象となります。

### 変更理由

針刺し事故防止の観点から廃止いたします。

### 変更開始ロット

23H02 ロット（8月製造分以降）