

## 「ニプロ経腸用輸液セット P」仕様変更のご案内

謹啓 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。

平素は格別なるお引立てを賜り厚く御礼申し上げます。

さて、この度、「ニプロ経腸用輸液セット P」の仕様を変更いたしますのでご案内申し上げます。

なお、製品の納入時期につきましては弊社担当者よりご連絡申し上げますので、引き続きご愛顧の程宜しくお願  
い申し上げます。

謹白

### 変更内容

- 耐久性向上のため、コネクタ材質を「ポリ塩化ビニル」から「ポリプロピレン」に変更いたします。
- バーコードラベルを変更いたします。



(ポリ塩化ビニル)



(ポリプロピレン)



## 対象品番

商品コード	品番	包装単位	JANコード	変更ロット
60-160	GSP-3D5SFLZ-IS3	50本/箱	4987458601606	23H30G2
60-161	GSP-3D5SFLZ-IS3	50本/箱	4987458601613	23Iロット以降

## 流通時期

- 2024年以降流通いたします。