

「ニプロ CP チャンバーセット」

IP-2 シリーズ→IP-6 シリーズへ 一部品番販売終了、代替品のご案内(第三報)

謹啓 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。さて、この度、「ニプロ CP チャンバーセット」の仕様を変更いたしますのでご案内申し上げます。引き続きご愛顧の程宜しくお願い申し上げます。

謹白

変更内容

■変更内容①

- インジェクションプラグ(型番:IP-2)からインジェクションプラグ(型番:IP-6)へ仕様変更いたします。インジェクションプラグの変更に伴い、関連する輸液セット(ニプロフィルターセット、ニプロアイセット、ニプロ CP チャンバーセット)も変更になります。

インジェクションプラグ(型番:IP-2)



インジェクションプラグ(型番:IP-6)




●手技

インジェクションプラグ(型番:IP-2)



カプラをネジ式に回し、接続します
外すときはカプラを左回しで回転させ外します

インジェクションプラグ(型番:IP-6)



青い点同士を合わせて真っすぐ接続します
奥まで押し込み、右回転しロックします
外すときは奥まで押し込み、左回転させ外します

●変更理由:

- ①インジェクションプラグ(型番:IP-2)の使用数量減少
- ②手技の操作性がインジェクションプラグ(型番:IP-6)の方が高いため等の理由よりインジェクションプラグ(型番:IP-6)シリーズへ仕様統一を実施します。

●生産終了時期

2023年6月生産を最後に、IP-2シリーズの生産を終了いたします。

■変更内容②

販売名称・医療機器認証番号・一般的名称の変更

対象品番

販売名称	ニプロ CP チャンバーセット
クラス分類	クラス II (管理医療機器)
医療機器認証番号	15600BZZ00457000
一般的名称	輸液ポンプ用輸液セット




切替品番

販売名称	ニプロフィルターセット
クラス分類	クラス II (管理医療機器)
医療機器認証番号	222AABZX00173000
一般的名称	自然落下式・ポンプ接続兼用輸液セット


■変更内容③

包材の変更

現行包材



新包材



・変更理由: ISO 規格改定のため。

対象品番・後継品番

ニプロ CP チャンバーセット

ニプロフィルターセット(キャリアポンプ専用)

商品コード	品番	JAN コード	在庫消失時期		商品コード	品番	JAN コード
55-813	CPチャバ - CPC-301FCZY	4987458558139	2023年11月上旬頃	→	53-963	CPF-301FCZYI	4987458539633
55-814	CPチャバ - CPC-301FCZY-N	4987458558146	2023年9月下旬頃	→	53-964	CPF-301FCZYI-IS	4987458539640
55-815	CPチャバ - CPC-301FCZY2	4987458558153	2023年10月中旬頃	→	53-965	CPF-301FCZYI2	4987458539657
55-816	CPチャバ - CPC-301FCZY-N3	4987458558160	2023年11月中旬頃	→	53-966	CPF-301FCZYI-N3	4987458539664

以上