

2024年3月



医療関係者各位

「ニプロ LS ランセット 21G」 一時欠品のお知らせ

謹啓 時下益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。

平素は格別のお引き立てを賜り厚くお礼申し上げます。

この度「ニプロ LS ランセット 21G」に関しまして、想定を上回るペースでの出荷過多と製造工場からの納期遅延に伴い、欠品が免れない状況となりましたのでお知らせ申し上げます。多大なるご迷惑をおかけいたしますこと、心よりお詫び申し上げます。

なお、次回の入庫につきましては2024年3月12日を予定しており、13日には欠品解消を見込んでおります。弊社は今後とも、患者さまのQOL（Quality of life）向上はもちろんのこと、より安全で、医療ニーズに応えられる製品の開発、提供に努めてまいります。今後ともご高配を賜り、弊社製品にお引き立てを賜りますようお願い申し上げます。

謹白

記

【対象品番】

販売名：ニプロ LS ランセット

JANコード	商品コード	入数	ゲージ	穿刺深さ
4987458113956	11-395	30本	21G	1.8mm

・医療機器認証番号：224AABZX00195000 ・クラス分類：クラスII（管理医療機器） ・一般的名称：単回使用自動ランセット



▲化粧箱 外観



▲本体 外観

【出荷予定時期】

2024年3月13日

詳しくは、弊社営業担当までお問い合わせください。

以上