

冠血管向けバルーン拡張式血管形成術用カテーテル
PTCA バルーンカテーテル GM202 Powered3 NC
仕様変更のお知らせ

謹啓 時下 益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。また、平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。この度、弊社より販売しております「PTCA バルーンカテーテル GM202 Powered3 NC」の仕様変更がございますので、ご案内申し上げます。

本件につきましては、部材仕入れ先にて従来の PTFE タイプのプロキシマールシャフトが廃盤となり、入手が困難となったことから Non PTFE シャフトに仕様を変更する運びとなりました。機能、性能は従来品と変わりませんが、何卒ご理解を賜りますよう、お願い申し上げます。

順次仕様の切り替えをさせていただくにあたり、暫くの期間、仕様が混在いたしますので、お客様には大変ご迷惑をお掛けして誠に申し訳ございませんが、今後とも、従来に増しますご愛顧を賜りますよう、何卒よろしく願い申し上げます。


謹白

対象モデル一覧

バルーン径	バルーン部 有効長				
	8 mm	10 mm	12 mm	15 mm	20 mm
1.50 mm		P3N15010			
2.00 mm		P3N20010		P3N20015	
2.25 mm		P3N22510		P3N22515	
2.50 mm	P3N25008	P3N25010	P3N25012	P3N25015	P3N25020
2.75 mm	P3N27508	P3N27510	P3N27512	P3N27515	
3.00 mm	P3N30008	P3N30010	P3N30012	P3N30015	P3N30020
3.25 mm	P3N32508	P3N32510	P3N32512	P3N32515	
3.50 mm	P3N35008	P3N35010	P3N35012	P3N35015	P3N35020
3.75 mm	P3N37508	P3N37510	P3N37512	P3N37515	
4.00 mm	P3N40008	P3N40010	P3N40012	P3N40015	
4.50 mm	P3N45008				
5.00 mm	P3N50008				

変更内容

- プロキシマールシャフトを PTFE のない仕様に変更いたします。



変更仕様品 出荷開始時期

- 2025年5月以降、変更仕様品の出荷を開始いたします。