

医療関係者各位



## 「シリンジポンプ SP-80Ws」 修理受付終了のご案内

謹啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。平素は格別なるお引立てを賜り厚く御礼申し上げます。

さてこの度、誠に恐縮ではございますが、長らくご愛顧いただいております SP-80Ws の修理受付を終了させていただくこととなりました。

なお故障内容によっては、最終受付日以前でも修理対応が困難となる場合がございます。

何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。

お客様にはご不便・ご迷惑をおかけいたしますこと、心よりお詫び申し上げますとともに、今後とも変わらぬご厚情を賜りますよう、お願い申し上げます。

謹白

記

### 修理終了品

品名	商品コード
SP-80Ws	56-481

### 終了理由

最終製造出荷日(2009年9月)より15年以上経過しており、保守に必要な部品の入手が困難になったため。

### 終了時期

2026年3月末日

以上