


ブデホル吸入粉末剤「ニプロ」 操作方法シール

必ず「はじめに」の操作を実施後
操作方法シールを所定の位置に
貼付、キャップをして患者さんにお渡しください。



はじめに



「カチッ」と4回音が鳴るまで 左右に回します

開封時、回転グリップは右に回転した状態です。
はじめは左に回り、「カチッ」と音がします（1回目）。
4回目に「カチッ」と鳴らしたところで止めてください。

